

## KOMUNA E VUSHTRRIË

# NJOFTIM PER INFORMATA SHTESE

ose

## PERMIRESIM I GABIMIT

Sipas Nenit 53 të Ligjit Nr. Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimin Publik të Republikës së Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin Nr. 04/L-237, ligjin Nr. 05/L-068 dhe ligjin Nr. 05/L-92

Punë

Furnizim

Shërbime

[Përkujtese: Nëse ndonjë përmirësim i gabimit ose informacion shtese shpije ne një ndryshim rrënjësor të kushteve të parashikuara në njoftimin origjinal te kontratës me një influencë mbi parimin e trajtimit të barabartë dhe në objektivin e prokurimit konkurrues, do të jetë e nevojshme zgjatja e afateve fillimisht te parapara ]

Data e përgatitjes te këtij njoftimi: 29.05.2023

Nr i Prokurimit	VU644-23-5195-1-2-1
Nr i brendshëm	

Ky njoftim është përgatitur në GJUHËT:

Shqip



Serbisht



Anglisht



### NENI I: AUTORITETI KONTRAKTUES

#### I.1) EMRI DHE ADRESA E AUTORITETIT KONTRAKTUES (AK)

Emri zyrtar: KOMUNA E VUSHTRRIË		
Adresa Postare: SHESHI " HASAN PRISHTINA" NR 173		
Qyteti: VUSHTRRI	Kodi postar: 42000	Vendi: Kosovë
Personi kontaktues: Perësoni Përgjegjës: Albanëz Tahiraj Perësoni Kontaktues: Xhafer Islami		Telefoni: 038/200-42403
Email: prokurimi.vushtrri@rks-gov.net		Faksi:
Adresa e Internetit (nëse aplikohet):		<a href="https://kk.rks-gov.net/vushtrri/">https://kk.rks-gov.net/vushtrri/</a>

### NENI II: LËNDA E KONTRATËS

#### II.1) PËRSHKRIMI

II.1.1) Titulli i kontratës i dhënë nga autoriteti kontraktues: (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

Furnizimi me paisje mjekësore sipas LOT1 dhe LOT2

**II.1.2) Përshkrim i shkurtër i lëndës së kontratës** (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

**Ka të bëjë me furnizim dhe instalim të paisje mjekësore Labarotarike si Analizator, Aparat automatik Biokimik, Aparat hematologjik dhe aparat imunologjik si dhe të paisjeve mjekësore stomatologjike dhe të mjekësisë familjare si vijon Autoktiv, aparat për ujë të destiluar, tasne, shtypsa të mëdhenj, gjaashqe, sonda, Stetoskop, Pulsokimeter dhe Tensiometër, për më shumë informata referohu specifikimeve teknike, aneksi nr.1 të dosjesë së tenderit.**

**II.1.3) Klasifikimi i Fjalorit të Përgjithshëm të Prokurimit (FPP):** (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

**3310000-1**

### NENI III: PROCEDURA

#### III.1) LLOJI I PROCEDURËS

**III.1.1) Lloji i procedurës** (ashtu siç është përcaktuar ne njoftimin origjinal te kontratës)

E hapur

E kufizuar

Konkurruese me negociata

Kuotim i çmimit

#### III.2) INFORMACIONET ADMINISTRATIVE

**III.2.1) Data e publikimit të njoftimit origjinal të kontratës:**

### NENI IV: INFORMACIONET PLOTËSUESE

#### IV.1) KY NJOFTIM PERFSHINE

Përmirësim

Informata shtesë

Njoftim për kontrate

Njoftim për dhënie kontrate

**IV.2) INFORMACIONI QE DUHET TE PERMIRESOHER OSE TE SHTOHET** (nëse aplikohet; te specifikohet vendi i tekstit ose datat te cilat duhet te përmirësohen apo te shtohen, ju lutem gjithmonë ofroni nenet përkatëse & numrin e paragrafit te njoftimit origjinal)

**IV.2.1) Modifikimi i informatave**   
**origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues**

**Publikimi në webfaqen e KRPP-së**   
**nuk është në përputhje me informatat origjinale të dorëzuara nga Autoriteti Kontraktues**

**Të dyja**

**IV.2.2) Në njoftimin origjinal**

**Në dokumentet e tenderit**

**Të dyja**

**IV.2.3) Teksti i cili duhet të përmirësohet/shtohet në njoftimin origjinal** (nëse aplikohet)

Vendi i tekstit i cili duhet të

Në vend të:

Është :

modifikohet:		
<p><b>1. Në Njoftimin për Kontratë Neni IV.3. Informacionet Administrative</b>  <b>Paragrafi IV.3.2 Afati i Fundit për pranimin të tenderëve/aplikacioneve dhe</b>  <b>Paragrafi IV.3.6 Takimi për hapjen e tenderëve</b></p> <p><b>2. Në Dosjen e Tenderit Seksioni II. Fleta e të dhënave të tenderit (FTD).</b>  <b>Neni 24.1. Afati i Fundit i dorëzimit të tenderit dhe Neni 27.1. Hapja e tenderit</b></p>	19.06.2023 ora 14:00	26.06.2023 ora 14:00
<p><b>Në dosjen e tenderit Aneksi nr.1 Specifikimet teknike LOT-1 Furnizimi dhe instalimi i paisjeve mjekësore. Pozicioni 2</b></p>	<p><b>1. Kuveta optike prej xhami</b>  <b>2. Vëllimi i kampionit: i programueshëm 1,8µl - 100µl</b>  <b>3. Madhësia e shisheve 50ml + 20 ml</b>  <b>4. Vëllimi minimal i kuvetës: 180µl</b>  <b>Vëllimi maksimal i kuvetës: 400µl</b>  <b>5. Llamba halogjene 12V, 35 W</b>  <b>6. Minimum 250 teste / orë në varësi të konfigurimit</b></p>	<p><b>1. Kuveta optike prej xhami ose plastike</b>  <b>2. Vëllimi i kampionit: i programueshëm 1,8µl - 100µl, lejohet diferencë ±10%</b>  <b>3. Madhësia e shisheve mund të jetë më e madhe ose më e vogël se 50ml + 20 ml</b>  <b>4. Vëllimi minimal i kuvetës: 150µl</b>  <b>Vëllimi maksimal i kuvetës: 450µl</b>  <b>5. Llamba halogjene nga 6W e deri 35 W</b>  <b>6. Minimum 250 teste</b></p>
<b>Afati i fundit për pranimit të tenderëve</b>	19.06.2023 14:00:00	26.06.2023 14:00:00
<b>Takimi për hapjen e tenderëve</b>	19.06.2023 14:00:00	26.06.2023 14:00:00

----- (Shto nenin IV.2.3 sa here qe keni nevojë) -----